

## Punjenje za prvu pomoć ÖNORM Z1020, Tip 1



Propis: ÖNORM Z 1020:2006

## OPIS PROIZVODA za Punjenje za prvu pomoć ÖNORM Z1020, Tip 1

Komplet za prvu pomoć ÖNORM Tip 1

### SADRŽAJ:

- 2 trokutaste krpe ÖNORM K2122 flis, pojedinačno pakiranje
- 6 sterilnih kompresa za rane 10 cm x 10 cm, pojedinačno pakiranje
- 1 sterilni zavoj 40 cm x 60 cm, pojedinačno pakiranje
- 1 flaster na roli 2,5 cm x 5 m sa zaštitnom plastikom
- 20 flastera 6 cm x 1,9 cm, pojedinačno pakiranih
- 6 povoja-EL 6 cm x 10 cm, pojedinačno pakiranih
- 2 povoja M = srednja, pojedinačno pakirana
- 2 paketa povoja G = velika, pojedinačno pakirana
- 2 elastična povoja od gaze 6 cm x 4 m s pričvršćivačem, pakirana u celofan
- 2 elastična povoja od gaze 8 cm x 4 m m s pričvršćivačem, pakirana u celofan
- 2 elastična povoja od gaze 10 cm x 4 m m s pričvršćivačem, pakirana u celofan
- 1 samoljepljivi povoj 8 cm x 4 m, pakiran u celofan
- 2 sterilna brzo oslobađajuća povoja 3 cm x 3 cm, pojedinačno pakirana
- 2 kožna prsta s trakom
- 1 deka za spašavanje 160 x 210 cm srebrna/zlatna
- 1 škare ÖNORM K2121 19 cm s plastičnim ručkama
- 6 vinilnih zaštitnih rukavica DIN EN 455
- 1 pokrivalo za izlaz u nuždi DIN 13154
- 1 pinceta 8 cm otporna na hrđu
- 1 upute za prvu pomoć
- 1 pokazivač prema ÖNORM Z 1020

	<b>BR. PROIZ.</b>
	VE-6905

## PROPISI za Punoenje za prvu pomoć ÖNORM Z1020, Tip 1

ÖNORM Z 1020:2006

### ÖNORM Z 1020 | Komplet za prvu pomoć na radnim mjestima i gradilištima



Propis ÖNORM Z 1020 određuje zahtjeve i metode ispitivanja za kutije prve pomoći prema sadržaju i obliku za upotrebu na radnim mjestima ili gradilištima. Kompleti prve pomoći moraju omogućiti pružanje profesionalne prve pomoći na mjestu nesreće, a medicinski pribor koji se nalazi u kompletima prve pomoći mora biti u skladu sa zakonom o medicinskim proizvodima.

Propis ÖNORM Z 1020 uključuje sljedeće izmjene:

- Uređaj za disanje za jednokratnu upotrebu služi samo kao trenutna zaštita. Na pakiranju mora biti navedeno da primjena ne osigurava 100% zaštitu od opasnosti od infekcije.
- Ako se predviđa da će se uređaj koristiti stalno, preporučuje se viša razina zaštite (barem maska za disanje bez cijevi). Potrebno je osigurati da je korisnik odgovarajuće osposobljen.