

Punjenje ÖNORM Z1020, Tip 2



Propis: ÖNORM Z 1020:2006

OPIS PROIZVODA za Punjenje ÖNORM Z1020, Tip 2

Punilo za komplet prve pomoći ÖNORM tip 2

SADRŽAJ:

- 4 trokutaste krpe od flisa ÖNORM K2122, pojedinačno pakiranje
- 15 kompresa za rane 10 cm x 10 cm, pojedinačno pakirane
- 3 pvojne krpe 40 cm x 60 cm, pojedinačno pakirane
- 2 ljepljiva flastera na kolutu 2,5 cm x 5 m sa zaštitnim prstenom
- 40 flastera 6 cm x 1,9 cm pojedinačno pakirani
- 10 brzih pvoja 6 cm x 10 cm pojedinačno pakirani
- 4 paketa pvoja M = srednji, sterilni, pojedinačno pakirani
- 4 paketa pvoja G = veliki, sterilni, pojedinačno pakirane
- 4 elastični gazni pvoji 6 cm x 4 m fiksirajući pvojj, u celofanu
- 4 elastični gazni pvoji 8 cm x 4 m fiksirajući, u celofanu
- 4 elastični gazni pvoji 10 cm x 4 m fiksirajući pvojj, u celofanu
- 2 samoljepljiva fiksirajuća flastera 8 cm x 4 m, u celofanu
- 5 brza pvoja za prste 3 cm x 3 cm, pojedinačna, sterilna
- 3 kožna naprsnika s trakama
- 2 deke za hitne slučajeve 160 x 210 cm srebrne/zlatne boje
- 1 škare ÖNORM K2121 19 cm s plastičnim ručkama
- 10 vinilnih zaštitnih rukavica DIN EN 455
- 1 hitni uređaj za disanje DIN 13154
- 1 pinceta za čestice 8 cm, otporna na hrđu
- 1 upute za prvu pomoć DIN A 6
- 1 Sadržaj kompleta u skladu s ÖNORM Z 1020

	BR. PROIZ.
	VE-6906

PROPISI za Punjenje ÖNORM Z1020, Tip 2

ÖNORM Z 1020:2006

ÖNORM Z 1020 | Komplet za prvu pomoć na radnim mjestima i gradilištima



Propis ÖNORM Z 1020 određuje zahtjeve i metode ispitivanja za kutije prve pomoći prema sadržaju i obliku za upotrebu na radnim mjestima ili gradilištima. Kompleti prve pomoći moraju omogućiti pružanje profesionalne prve pomoći na mjestu nesreće, a medicinski pribor koji se nalazi u kompletima prve pomoći mora biti u skladu sa zakonom o medicinskim proizvodima.

Propis ÖNORM Z 1020 uključuje sljedeće izmjene:

- Uređaj za disanje za jednokratnu upotrebu služi samo kao trenutna zaštita. Na pakiranju mora biti navedeno da primjena ne osigurava 100% zaštitu od opasnosti od infekcije.
- Ako se predviđa da će se uređaj koristiti stalno, preporučuje se viša razina zaštite (barem maska za disanje bez cijevi). Potrebno je osigurati da je korisnik odgovarajuće osposobljen.